

# Usporedba izrade krivulja umjeravanja na Perkin Elmerovim spektrofotometrima serije Lambda

---

Vekić, Ivana

Undergraduate thesis / Završni rad

2019

*Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj:* **University of Split, Faculty of Chemistry and Technology / Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet**

*Permanent link / Trajna poveznica:* <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:167:391851>

*Rights / Prava:* [In copyright](#)/[Zaštićeno autorskim pravom.](#)

*Download date / Datum preuzimanja:* **2025-03-04**

*Repository / Repozitorij:*

[Repository of the Faculty of chemistry and technology - University of Split](#)



**SVEUČILIŠTE U SPLITU**  
**KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET**

**USPOREDBA IZRADE KRIVULJA UMJERAVANJA NA PERKIN  
ELMEROVIM SPEKTROFOTOMETRIMA SERIJE LAMBDA**

**ZAVRŠNI RAD**

**IVANA VEKIĆ**

**Matični broj: 51**

**Split, listopad 2019.**



**SVEUČILIŠTE U SPLITU**  
**KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET**  
**PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ**  
**ZAŠTITA I OPORABA MATERIJALA**

**USPOREDBA IZRADE KRIVULJA UMJERAVANJA NA PERKIN  
ELMEROVIM SPEKTROFOTOMETRIMA SERIJE LAMBDA**

**ZAVRŠNI RAD**

**IVANA VEKIĆ**

**Matični broj: 51**

**Split, listopad 2019.**

**UNIVERSITY OF SPLIT**  
**FACULTY OF CHEMISTRY AND TECHNOLOGY**  
**UNDERGRADUATE PROFESSIONAL STUDY**  
**MATERIALS PROTECTION AND RECYCLING**

**THE COMPARISON OF CALIBRATION CURVES MAKING ON PERKIN  
ELMER LAMBDA SPECTROPHOTOMETERS**

**BACHELOR THESIS**

**IVANA VEKIĆ**

**Parent number: 51**

**Split, October 2019**

## TEMELJNA DOKUMENTACIJSKA KARTICA

ZAVRŠNI RAD

Sveučilište u Splitu  
Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu  
Preddiplomski stručni studij Zaštita i uporaba materijala

**Znanstveno područje:** Tehničke znanosti

**Znanstveno polje:** Kemijsko inženjerstvo

**Tema rada** je prihvaćena na 19. sjednici Fakultetskog vijeća Kemijsko-tehnološkog fakulteta

**Mentor:** doc. dr. sc. Mario Nikola Mužek

### USPOREDBA IZRADE KRIVULJA UMJERAVANJA NA PERKIN ELMEROVIM SPEKTROFOTOMETRIMA SERIJE LAMBDA

Ivana Vekić, 51

**Sažetak:** U ovom završnom radu uspoređena je izrada krivulja umjeravanja za dva različita spektrofotometra proizvođača Perkin Elmer: Lambda 25 i Lambda EZ 201. Pripremljene su vodene otopine bakrovog(II) klorida dihidrata te kobaltovog(II) klorida heksahidrata kojima su izmjerene odgovarajuće apsorbancije te izrađene krivulje umjeravanja. Iako se radi o dva različita modela, linearno dinamičko područje je za obje krivulje umjeravanja identično. S obzirom da je spektrofotometar Perkin Elmer Lambda 25 novije generacije, rad na njemu je precizniji. Osim toga, njime se upravlja uz pomoć programske podrške te nudi mogućnost pohrane krivulje umjeravanja.

**Ključne riječi:** spektrofotometar, Perkin Elmer, Lambda 25, Lambda EZ 201, bakrov(II) klorid dihidrat, kobaltov(II) klorid heksahidrat

**Rad sadrži:** 32 stranice, 19 slika, 6 tablica, 7 literaturnih referenci

**Jezik izvornika:** hrvatski

**Sastav Povjerenstva za obranu:**

1. Izv. prof. dr. sc. Sandra Svilović	predsjednica
2. Doc. dr. sc. Franko Burčul	član
3. Doc. dr. sc. Mario Nikola Mužek	član-mentor

**Datum obrane:** 18. listopada 2019.

**Rad je u tiskanom i elektroničkom (pdf format) obliku pohranjen** u Knjižnici Kemijsko-tehnološkog fakulteta Split, Rudera Boškovića 35.

## BASIC DOCUMENTATION CARD

## BACHELOR THESIS

**University of Split**  
**Faculty of Chemistry and Technology Split**  
**Undergraduate professional study Materials Protection and Recycling**

**Scientific area:** Tehnical sciences

**Scientific field:** Chemical engineering

**Thesis subject** was approved by Faculty Council of Faculty of Chemistry and Technology, session no. 19.

**Mentor:** Mario Nikola Mužek, PhD, assistant professor

### THE COMPARISON OF CALIBRATION CURVES MAKING ON PERKIN ELMER LAMBDA SPECTROPHOTOMETERS

Ivana Vekić, 51

**Abstract:** In this bachelor thesis, a comparison of making of calibration curves for two different spectrophotometers manufactured by Perkin Elmer: Lambda 25 and Lambda EZ 201 was examined. Aqueous solutions of copper(II) chloride dihydrate and cobalt(II) chloride hexahydrate were prepared and the corresponding absorbances were measured and calibration curves were constructed. Although these are two different models, linear dynamic range of both calibration curves obtained are identical. Since the Perkin Elmer Lambda 25 spectrophotometer is of a newer generation, the work on it is more accurate. In addition, it is managed by software and offers the ability to store the calibration curve.

**Keywords:** spectrophotometer, Perkin Elmer, Lambda 25, Lambda EZ 201, copper(II) chloride dihydrate, cobalt(II) chloride hexahydrate

**Thesis contains:** 32 pages, 19 figures, 6 tables, 7 references

**Original in:** Croatian

**Deefence Committee:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Sandra Svilović, PhD, associate prof.    | chair person |
| 2. Franko Burčul, PhD, assistant prof.      | member       |
| 3. Mario Nikola Mužek, PhD, assistant prof. | supervisor   |

**Defence date:** October 18<sup>th</sup>, 2019.

**Printed and electronic (pdf format) version of thesis is deposited in** Library of Faculty of Chemistry and Technology Split, Ruđera Boškovića 35.

*Završni rad je izrađen u Zavodu za anorgansku tehnologiju  
Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu pod mentorstvom doc. dr. sc. Maria Nikole  
Mužeka u razdoblju od lipnja do rujna 2019. godine.*



## *Zahvala*

*Hvala mentoru doc. dr. sc. Mariu Nikoli Mužeku na svim savjetima i pomoći koje mi je pružio tijekom izrade ovog rada.*

*Hvala mojim prijateljima koji su bili sve ove godine puni strpljenja i razumijevanja i bez kojih bi ovo bilo puno teže. Posebno hvala mojoj obitelji i Daniu koji su bili bezuvjetna podrška u svakom trenutku mog studija.*

*Najveća hvala mom anđelu.*

## ZADATAK ZAVRŠNOG RADA

- Izvagati krutine bakrovog(II) klorida dihidrata,  $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ , te kobaltovog(II) klorida heksahidrata,  $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  na analitičkoj vagi.
- Pripremiti vodene otopine bakrovog(II) klorida dihidrata različitih početnih koncentracija ( $0,962 \text{ mmol dm}^{-3}$ ,  $2,511 \text{ mmol dm}^{-3}$ ,  $6,089 \text{ mmol dm}^{-3}$ ,  $11,966 \text{ mmol dm}^{-3}$ ,  $20,084 \text{ mmol dm}^{-3}$ ,  $30,021 \text{ mmol dm}^{-3}$  te  $40,110 \text{ mmol dm}^{-3}$ ).
- Pripremiti vodene otopine kobaltovog(II) klorida heksahidrata različitih početnih koncentracija ( $1,034 \text{ mmol dm}^{-3}$ ,  $2,463 \text{ mmol dm}^{-3}$ ,  $6,052 \text{ mmol dm}^{-3}$ ,  $12,188 \text{ mmol dm}^{-3}$ ,  $20,157 \text{ mmol dm}^{-3}$ ,  $30,009 \text{ mmol dm}^{-3}$  te  $40,180 \text{ mmol dm}^{-3}$ ).
- Odrediti valnu duljinu pri kojoj će biti potrebno izvršiti mjerenja na spektrofotometrima marke Perkin Elmer (Lambda 25 te Lambda EZ 201).
- Izraditi krivulje umjeravanja za oba spektrofotometra.

## SAŽETAK

U ovom završnom radu uspoređena je izrada krivulja umjeravanja za dva različita spektrofotometra proizvođača Perkin Elmer: Lambda 25 i Lambda EZ 201. Pripremljene su vodene otopine bakrovog(II) klorida dihidrata te kobaltovog(II) klorida heksahidrata kojima su izmjerene odgovarajuće apsorbancije te izrađene krivulje umjeravanja. Iako se radi o dva različita modela, linearno dinamičko područje je za obje krivulje umjeravanja identično. S obzirom da je spektrofotometar Perkin Elmer Lambda 25 novije generacije, rad na njemu je precizniji. Osim toga, njime se upravlja uz pomoć programske podrške te nudi mogućnost pohrane krivulje umjeravanja.

**Ključne riječi:** spektrofotometar, Perkin Elmer, Lambda 25, Lambda EZ 201, bakrov(II) klorid dihidrat, kobaltov(II) klorid heksahidrat

## **SUMMARY**

In this bachelor thesis, a comparison of making of calibration curves for two different spectrophotometers manufactured by Perkin Elmer: Lambda 25 and Lambda EZ 201 was examined. Aqueous solutions of copper(II) chloride dihydrate and cobalt(II) chloride hexahydrate were prepared and the corresponding absorbances were measured and calibration curves were constructed. Although these are two different models, linear dynamic range of both calibration curves obtained are identical. Since the Perkin Elmer Lambda 25 spectrophotometer is of a newer generation, the work on it is more accurate. In addition, it is managed by software and offers the ability to store the calibration curve.

**Keywords:** spectrophotometer, Perkin Elmer, Lambda 25, Lambda EZ 201, copper(II) chloride dihydrate, cobalt(II) chloride hexahydrate

## SADRŽAJ

<b>UVOD.....</b>	<b>1</b>
<b>1. OPĆI DIO.....</b>	<b>3</b>
<b>1.1. SPEKTROSKOPIJA .....</b>	<b>4</b>
1.1.1. Povijest spektroskopije.....	4
1.1.2. Spektroskopija.....	4
1.1.2.1. Elektromagnetski spektar .....	4
1.1.2.2. Osnovni pojmovi i nazivlje u apsorpcijskoj spektroskopiji .....	5
1.1.2.3. Beerov zakon.....	6
<b>1.2. UV/VIS SPEKTROSKOPIJA .....</b>	<b>8</b>
1.2.1. Spektrofotometar.....	8
<b>2. EKSPERIMENTALNI DIO .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1. MATERIJALI.....</b>	<b>11</b>
<b>2.2. INSTRUMENTI.....</b>	<b>12</b>
<b>2.3. PROVEDBA EKSPERIMENTA.....</b>	<b>14</b>
2.3.1. Obrada rezultata .....	18
<b>3. REZULTATI I RASPRAVA .....</b>	<b>19</b>
<b>3.1. KRIVULJE UMJERAVANJA ZA SPEKTROFOTOMETAR PERKIN ELMER LAMBDA 25 .....</b>	<b>20</b>
<b>3.2. KRIVULJE UMJERAVANJA ZA SPEKTROFOTOMETAR PERKIN ELMER LAMBDA EZ 201.....</b>	<b>23</b>
<b>4. ZAKLJUČAK .....</b>	<b>29</b>
<b>5. LITERATURA.....</b>	<b>31</b>

**UVOD**

Spektroskopija je znanost koja se bavi proučavanjem emisijskih i apsorpcijskih elektromagnetskih spektara molekula i atoma mjerenjem količine zračenja u ovisnosti o energiji, frekvenciji ili valnoj duljini. Kao rezultat spektroskopskog istraživanja dobiva se spektar koji predstavlja raspodjelu intenziteta mjerene veličine prikazane ovisno o nekoj fizikalnoj veličini, na primjer energiji, frekvenciji, brzini, itd.<sup>1</sup>

Spektrofotometar je instrument koji se koristi u UV-VIS spektroskopiji, a radi na način da mjeri intenzitet svjetla koje je prošlo kroz analizirani uzorak (I) te ga uspoređuje s intenzitetom upadnog svjetla ( $I_0$ ).

Kako bi se uz pomoć spektrofotometra mogla odrediti koncentracija željene bistre obojene otopine potrebno je izraditi krivulju umjeravanja koja predstavlja izraz odnosa mjerene veličine i njezine izmjerene vrijednosti.

Cilj završnog rada je bio izraditi krivulje umjeravanja za dvije vodene otopine teških metala: bakrov(II) klorid dihidrat i kobaltov(II) klorid heksahidrat za dva različita spektrofotometra proizvođača Perkin Elmer.

## **1. OPĆI DIO**



## 1.1. SPEKTROSKOPIJA

### 1.1.1. Povijest spektroskopije

Povijesno gledano izraz spektroskopija odnosio se na granu znanosti koja se bavila svjetlošću tj. vidljivim zračenjem koje je razlučeno u komponente, valne duljine, koje tvore spektar. Međutim, spektroskopija proučava svjetlost, ali i druge vrste elektromagnetskog zračenja kao što su X-zrake, zatim ultraljubičasto, infracrveno, mikrovalno i radiofrekvencijsko zračenje. Današnja primjena pojma spektroskopskih metoda proširena je i na tehnike koje ne uključuju elektromagnetsko zračenje, kao što su akustička, masena i elektronska spektroskopija.<sup>1</sup>

### 1.1.2. Spektroskopija


Spektroskopija je znanost koja se bavi proučavanjem emisijskih i apsorpcijskih elektromagnetskih spektara molekula i atoma. Mjeri se količina zračenja u ovisnosti o energiji, frekvenciji ili valnoj duljini. Njezina uporaba je višestruka, primjenjuje se u medicini, anatomiji, astronomiji, metalurgiji i drugdje gdje je potrebno određivanje fizikalnih i kemijskih osobina nekih tvari.<sup>2</sup>

Spektroskopija je vrlo razvijena disciplina i dijeli se na brojne druge poddiscipline prema:<sup>2</sup>

- vrsti zračenja tj. frekvenciji (radio, mikrovalna, terahercna, infracrvena, vidljiva, ultraljubičasta, rendgenska, gama)
- nivou interakcije (nuklearna, atomska, molekularna, agregacijska)
- pronalazaču (Ramanova, Mössbauerova)
- tehnici (Fourierova, rezonantna, laserska, koherentna, emisijska, apsorpcijska).

#### 1.1.2.1. Elektromagnetski spektar

Elektromagnetski spektar (slika 1.1.) obuhvaća veliko područje valnih duljina i energija; zračenja od gama zraka pa do radio valova. Infracrveno zračenje koje se koristi kod spektrometrije zauzima samo jedno malo područje ( $4000\text{ cm}^{-1}$  -  $400\text{ cm}^{-1}$ ).<sup>1,2</sup>



**Slika 1.1. Elektromagnetski spektar<sup>3</sup>**

Područje zračenja koje opaža ljudsko oko, odnosno vidljivi dio spektra predstavlja vrlo mali dio cijelog spektra. Različita se zračenja (gama zračenje ili radiovalovi) razlikuju od vidljive svjetlosti frekvencijom, a time i energijom.<sup>1</sup>

### 1.1.2.2. Osnovni pojmovi i nazivlje u apsorpcijskoj spektroskopiji

#### Transmitancija

Transmitancija ( $T$ ) je mjera količine neapsorbiranog zračenja te se definira kao dio upadnog zračenja koji je prošao otopinom (izraz 1.1.):<sup>1</sup>

$$T = P/P_0 \quad (1.1.)$$

gdje su:

$T$  - transmitancija (%)

$P, P_0$  - snaga zračenja, tj. energija zračenja koja u 1 sekundi pada na  $1 \text{ cm}^2$  površine detektora. Izražava se u ergima.

## Apsorbancija

Apsorbancija ( $A$ ) je logaritam omjera intenziteta upadnog zračenja ( $P_0$ ) i propuštenog zračenja ( $P$ ) kroz uzorak (izuzimajući efekte posude u kojoj je uzorak) te se izračunava izrazom 1.2.:<sup>1</sup>

$$A = -\log_{10} T = \log \frac{P}{P_0} \quad (1.2.)$$

### 1.1.2.3. Beerov zakon

Beerov zakon (slika 1.2.) predstavlja funkcijski odnos između veličine mjerene apsorpcijskom metodom ( $A$ ) i one koja se određuje (koncentracija  $c$ ) te je dan izrazom 1.3.<sup>1</sup>

$$A = \log \frac{P}{P_0} = abc \quad (1.3.)$$

gdje su:


$a$  - konstanta (apsorptivnost)

$P_0$  - snaga upadnog zračenja

$P$  - snaga propuštenog zračenja

$c$  - koncentracija tvari u otopini uzorka

$b$  - debljina kivete.



Slika 1.2. Beerov zakon<sup>4</sup>

Kada se koncentracija izražava u molovima po litri tada se konstanta proporcionalnosti naziva molarnom apsorptivnošću i izražava se posebnim simbolom  $\epsilon$ , izraz 1.4.<sup>1</sup>

$$A = \epsilon bc \quad (1.4.)$$

gdje je:

$\epsilon$  - molarna apsorptivnost (molarni apsorpcijski koeficijent)  $\text{L cm}^{-1}\text{mol}^{-1}$ .

## 1.2. UV/VIS SPEKTROSKOPIJA

UV/VIS spektroskopija ili ultraljubičasta i vidljiva spektrofotometrija je tehnika koja je temeljena na apsorpciji u ultraljubičastom i vidljivom dijelu spektra. Spektrofotometrijom se može izvoditi i kvalitativna (zasniva se na apsorpcijskom spektru uzorka, a ovisi o njegovom sastavu i strukturi) i kvantitativna (zasniva se na Lambert-Beerovom zakonu) analiza.<sup>5</sup>

Kvantitativna analiza se zasniva na Lambert-Beerovom zakonu gdje do apsorpcije dolazi uslijed elektronskih prijelaza u molekulama. Koristi se za kvantitativno određivanje prijelaznih metala i organskih komponenti u otopini.<sup>5</sup>

### 1.2.1. Spektrofotometar


Instrument koji se koristi u UV/VIS spektroskopiji zove se UV/VIS spektrofotometar koji mjeri intenzitet svjetla koje je prošlo kroz analizirani uzorak ( $I$ ) te ga uspoređuje s intenzitetom upadnog svjetla ( $I_0$ ). Instrument stoga omogućava mjerenja apsorpcije, transmitancije (izražene u %) te određivanje koncentracije analita u ispitivanim otopinama pomoću Lambert-Beerovog zakona. Spektrofotometri mogu imati jedan ili dva snopa svjetlosti. Najčešće se mjere tekući uzorci, iako se mogu mjeriti i kruti te plinoviti uzorci. Uzorak je smješten u prozirnoj posudi (kiveti) koja je najčešće širine 1 cm i načinjena je od kvarca.<sup>6</sup>

Osnovni dijelovi spektrofotometra su (slika 1.3.):<sup>6</sup>

- Izvor zračenja - žarulja koja daje bijelu svjetlost podjednakih intenziteta za cijelo područje valnih duljina. Uglavnom se koriste halogena i deuterijeva žarulja kao izvor vidljivog, odnosno ultraljubičastog zračenja.
- Monokromator - kao disperzni elementi koriste se optička rešetka ili prizma.
- Spremnik za uzorke - tekući se uzorci stavljaju u kivete, čija je širina 1 cm. Kako je potrebno izmjeriti intenzitet zrake prije i poslije prolaska kroz uzorak, to se može postići na dva načina. Kao referentan uzorak služi čisto otapalo koje se nalazi u kiveti od istog materijala i širine kao kiveta s uzorkom. Tako postoje jednosnopni i dvosnopni spektrofotometri. Kod jednosnopnih spektrofotometara prvo se izmjeri intenzitet zračenja koji je prošao kroz referentan uzorak, a nakon toga se mjere intenziteti propuštenog zračenja kroz ostale uzorke. Kod dvosnopnog spektrofotometra se zraka monokromatskog zračenja razdvaja na

dva snopa od kojih jedan snop prolazi kroz referentni uzorak, a drugi kroz uzorak od interesa.

- Detektor zračenja i pretvornik - sastoji se od fotoćelije koja služi kao senzor. Fotoćelija daje električni signal proporcionalan intenzitetu zračenja, koji se pojačava i preračunava u apsorbanciju.
- Procesor signala i uređaj za njegovo očitavanje - procesor signala je obično elektronička naprava koja pojačava električni signal iz detektora, a uređaj za njegovo očitavanje je monitor računala s kojim je spektrofotometar povezan.



*Slika 1.3. Shematski prikaz spektrofotometra<sup>7</sup>*

## **2. EKSPERIMENTALNI DIO**

## 2.1. MATERIJALI

U eksperimentalnom dijelu završnog rada korišteni su sljedeći materijali:

- Kobaltov(II) klorid heksahidrat,  $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ . Proizvođač Alfa Aesar (slika 2.1.).



*Slika 2.1. Kobaltov(II) klorid heksahidrat*

- Bakrov(II) klorid dihidrat,  $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ . Proizvođač Kemika (slika 2.2.).



*Slika 2.2. Bakrov(II) klorid dihidrat*



## 2.2. INSTRUMENTI

- Analitička vaga Mettler Toledo AT 261 DTL. Proizvođač Mettler Toledo, Balingen, Švicarska (slika 2.3.).



*Slika 2.3. Analitička vaga*

- UV/VIS spektrofotometar Perkin Elmer Lambda 25 (slika 2.4.).



*Slika 2.4. Spektrofotometar Perkin Elmer Lambda 25*

- UV/VIS spektrofotometar Perkin Elmer Lambda EZ 201 (slika 2.5.).



*Slika 2.5. Spektrofotometar Perkin Elmer Lambda EZ 201*

### 2.3. PROVEDBA EKSPERIMENTA

Potrebno je izraditi krivulje umjeravanja za dvije vodene otopine teških metala: bakrov(II) klorid dihidrat i kobaltov(II) klorid heksahidrat za dva različita spektrofotometra proizvođača Perkin Elmer.

*Izrada krivulje umjeravanja za bakrov(II) klorid dihidrat,  $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$*

Najprije je potrebno pripremiti vodene otopine bakrovog(II) klorida dihidrata točno određenih koncentracija kako bi se mogle izmjeriti njihove pripadajuće apsorbancije na spektrofotometru. Željene koncentracije koje su se trebale pripremiti su:  $1 \text{ mmol dm}^{-3}$ ,  $2,5 \text{ mmol dm}^{-3}$ ,  $6 \text{ mmol dm}^{-3}$ ,  $12 \text{ mmol dm}^{-3}$ ,  $20 \text{ mmol dm}^{-3}$ ,  $30 \text{ mmol dm}^{-3}$ ,  $40 \text{ mmol dm}^{-3}$ .

Vodne otopine bakrovog(II) klorida dihidrata željenih koncentracija ( $1 \text{ mmol dm}^{-3}$ ,  $2,5 \text{ mmol dm}^{-3}$ ,  $6 \text{ mmol dm}^{-3}$ ,  $12 \text{ mmol dm}^{-3}$ ,  $20 \text{ mmol dm}^{-3}$ ,  $30 \text{ mmol dm}^{-3}$  te  $40 \text{ mmol dm}^{-3}$ ) pripremljene su otapanjem odgovarajuće količine  $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  u demineraliziranoj vodi.

*Primjer proračuna za pripremu  $50 \text{ cm}^3$   $1 \text{ mmol dm}^{-3}$  vodene otopine  $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ :*

$$M(\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}) = 170,48256 \text{ g mol}^{-1}$$

$$c(\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}) = 1 \text{ mmol dm}^{-3} = 0,001 \text{ mol dm}^{-3}$$

$$V(\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}) = 50 \text{ cm}^3 = 0,05 \text{ dm}^3$$

---

$$m(\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}_{\text{krutine}}) = ?$$

$$m(\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}_{\text{krutine}}) = V(\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}) \cdot c(\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}) \cdot M(\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O})$$

$$m(\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}_{\text{krutine}}) = 0,05 \text{ dm}^3 \cdot 0,001 \text{ mol dm}^{-3} \cdot 170,48256 \text{ g mol}^{-1}$$

$$m(\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}_{\text{krutine}}) = 0,0085 \text{ g}$$

Kako bi se pripremlilo  $50 \text{ cm}^3$   $1 \text{ mmol dm}^{-3}$  vodene otopine  $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  potrebno je otopiti  $0,0085 \text{ g}$   $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  krutine u demineraliziranoj vodi te nadopuniti demineraliziranim vodom točno do oznake u odmjerne tikvici od  $50 \text{ cm}^3$ .

Međutim, kako se radi o jako malim odvagama, ponekad je jako teško odvagati točnu količinu pa je cilj odvagati što je moguće bliže željenoj vrijednosti te izvršiti korekciju stvarno pripremljene koncentracije u odnosu na željenu.

*Primjer proračuna stvarno pripremljene koncentracije:*

$$M (\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}) = 170,48256 \text{ g mol}^{-1}$$

$$m (\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}_{\text{krutine}}) = 0,0082 \text{ g}$$

$$V (\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}) = 50 \text{ cm}^3 = 0,05 \text{ dm}^3$$

$$c (\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}) = ?$$

$$c (\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O})_{\text{stvarna}} = \frac{m (\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}_{\text{krutine}})}{V (\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}) \cdot M (\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O})}$$

$$c (\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O})_{\text{stvarna}} = \frac{0,0082 \text{ g}}{0,05 \text{ dm}^3 \cdot 170,48256 \text{ g mol}^{-1}}$$

$$c (\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O})_{\text{stvarna}} = 0,000962 \text{ mol dm}^{-3} = 0,962 \text{ mmol dm}^{-3}$$

U tablici 2.1. se nalazi prikaz željenih i stvarno pripremljenih koncentracija vodenih otopina  $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  za pripravu krivulje umjeravanja te potrebne i stvarne odvage  $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  krutine.

**Tablica 2.1.** Potrebni podatci za izradu otopina

<b><math>\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}</math></b>			
<b><math>c (\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O})_{\text{željena}}</math> / <math>\text{mmol dm}^{-3}</math></b>	<b><math>m (\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}_{\text{krutine}})_{\text{željena}}</math> / g</b>	<b><math>m (\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}_{\text{krutine}})_{\text{stvarna}}</math> / g</b>	<b><math>c (\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O})_{\text{stvarna}}</math> / <math>\text{mmol dm}^{-3}</math></b>
1	0,0085	0,0082	0,962
2,5	0,0213	0,0214	2,511
6	0,0511	0,0519	6,089
12	0,1023	0,1020	11,966
20	0,1705	0,1712	20,084
30	0,2557	0,2550	30,021
40	0,3410	0,3419	40,110

*Izrada krivulje umjeravanja za kobaltov(II) klorid heksahidrat,  $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ :*

Najprije je potrebno pripremiti vodene otopine kobaltovog(II) klorida heksahidrata točno određenih koncentracija kako bi se mogle izmjeriti njihove pripadajuće apsorbancije na spektrofotometru. Željene koncentracije koje su se trebale pripremiti su:  $1 \text{ mmol dm}^{-3}$ ,  $2,5 \text{ mmol dm}^{-3}$ ,  $6 \text{ mmol dm}^{-3}$ ,  $12 \text{ mmol dm}^{-3}$ ,  $20 \text{ mmol dm}^{-3}$ ,  $30 \text{ mmol dm}^{-3}$  te  $40 \text{ mmol dm}^{-3}$ , a pripremljene su otapanjem odgovarajuće količine  $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  u demineraliziranoj vodi.

*Primjer proračuna za pripremu  $50 \text{ cm}^3$   $1 \text{ mmol dm}^{-3}$  vodene otopine,  $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ :*

$$M(\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}) = 237,93088 \text{ g mol}^{-1}$$

$$c(\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}) = 1 \text{ mmol dm}^{-3} = 0,001 \text{ mol dm}^{-3}$$

$$V(\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}) = 50 \text{ cm}^3 = 0,05 \text{ dm}^3$$

---

$$m(\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}_{\text{krutine}}) = ?$$

$$m(\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}_{\text{krutine}}) = V(\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}) \cdot c(\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}) \cdot M(\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O})$$

$$m(\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}_{\text{krutine}}) = 0,05 \text{ dm}^3 \cdot 0,001 \text{ mol dm}^{-3} \cdot 237,93088 \text{ g mol}^{-1}$$

$$m(\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}_{\text{krutine}}) = 0,0119 \text{ g}$$

Kako bi se pripremilo  $50 \text{ cm}^3$   $1 \text{ mmol dm}^{-3}$  vodene otopine  $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  potrebno je otopiti  $0,0119 \text{ g}$   $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  krutine u demineraliziranoj vodi te razrijediti demineraliziranim vodom točno do oznake u odmjerne tikvici od  $50 \text{ cm}^3$ .

Međutim, kako se ponovno radi o jako malim odvagama, a kako je jako teško odvagati točnu količinu, cilj je odvagati što je moguće bliže željenoj vrijednosti te nakon toga izvršiti korekciju stvarno pripremljene koncentracije u odnosu na željenu:

*Primjer proračuna stvarno pripremljene koncentracije:*

$$M(\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}) = 237,93088 \text{ g mol}^{-1}$$

$$m(\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}_{\text{krutine}}) = 0,0123 \text{ g}$$

$$V(\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}) = 50 \text{ cm}^3 = 0,05 \text{ dm}^3$$

---

$$c(\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}) = ?$$

$$c(\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O})_{\text{stvarna}} = \frac{m(\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}_{\text{krutine}})}{V(\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}) \cdot M(\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O})}$$

$$c(\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O})_{\text{stvarna}} = \frac{0,0123 \text{ g}}{0,05 \text{ dm}^3 \cdot 237,93088 \text{ g mol}^{-1}}$$

$$c(\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O})_{\text{stvarna}} = 0,001034 \text{ mol dm}^{-3} = 1,034 \text{ mmol dm}^{-3}$$

U tablici 2.1. se nalazi prikaz željenih i stvarno pripremljenih koncentracija vodenih otopina  $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  za pripravu krivulje umjeravanja te potrebne i stvarne odvage  $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  krutine.

**Tablica 2.2. Potrebni podatci za izradu otopina**

<b><math>\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}</math></b>			
<b><math>c(\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O})_{\text{željena}} / \text{mmol dm}^{-3}</math></b>	<b><math>m(\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}_{\text{krutine}})_{\text{željena}} / \text{g}</math></b>	<b><math>m(\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}_{\text{krutine}})_{\text{stvarna}} / \text{g}</math></b>	<b><math>c(\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O})_{\text{stvarna}} / \text{mmol dm}^{-3}</math></b>
1	0,0118	0,0123	1,034
2,5	0,0298	0,0293	2,463
6	0,0357	0,0360	6,052
12	0,0714	0,0725	12,188
20	0,1190	0,1199	20,157
30	0,1784	0,1785	30,009
40	0,2379	0,2390	40,180

Nakon što su pripremljene vodene otopine bakrovog(II) klorida dihidrata i kobaltovog(II) klorida heksahidrata odgovarajućih koncentracija potrebno je izvršiti mjerenja na spektrofotometrima.

No prije toga je potrebno odrediti valnu duljinu pri kojoj će se vršiti mjerenje apsorbancije za obje vodene otopine. Odgovarajuća valna duljina je ona pri kojoj otopina apsorbira s najvećim intenzitetom. U kvarcnu kivetu (slika 2.6.) se ulije otopina koja se umetne u spektrofotometar te se mjeri njen intenzitet u području valnih duljina od 190 do 1100 nm brzinom od 120 nm min<sup>-1</sup>.


Kad se odredi valna duljina za svaku vodenu otopinu teškog metala vrši se mjerenje apsorbancije. Kiveta s otopinom željene koncentracije se umetne u spektrofotometar te se izmjeri odgovarajuća apsorbancija.



*Slika 2.6. Kvarcna kiveta s otopinom uzorka*

### **2.3.1. Obrada rezultata**

Svi eksperimentalno dobiveni podatci su obrađeni matematičkim programom Excel 2010. Rezultati dobiveni na spektrofotometru Perkin Elmer Lambda 25 su obrađeni popratnom programskom podrškom uređaja UV Winlab, verzija 2.85.04. (slika 2.7.).



*Slika 2.7. Programska podrška UV Winlab*

### **3. REZULTATI I RASPRAVA**



### 3.1. KRIVULJE UMJERAVANJA ZA SPEKTROFOTOMETAR PERKIN ELMER LAMBDA 25

U tablici 3.1. prikazane su izmjerene apsorbancije pripremljenih koncentracija vodenih otopina bakrovog(II) klorida dihidrata,  $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ , na spektrofotometru Perkin Elmer Lambda 25.

Vodena otopina bakrovog(II) klorida dihidrata,  $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ , najviše pripremljene koncentracije od  $40,110 \text{ mmol dm}^{-3}$  pokazala je najviši intenzitet pri valnoj duljini od 813 nm na spektrofotometru Perkin Elmer Lambda 25 te će se sva daljnja mjerenja kad je u pitanju ova vrsta otopine raditi upravo pri ovoj određenoj valnoj duljini.

**Tablica 3.1.** Apsorbancije za  $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

$\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	
$c (\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O})_{\text{stvarna}} / \text{mmol dm}^{-3}$	A
0,962	0,0101
2,511	0,0288
6,089	0,0701
11,966	0,1408
20,084	0,2410
30,021	0,3670
40,110	0,5048


U tablici 3.2. prikazane su izmjerene apsorbancije pripremljenih koncentracija vodenih otopina kobaltovog(II) klorida heksahidrata,  $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ , na spektrofotometru Perkin Elmer Lambda 25.

Vodena otopina kobaltovog(II) klorida heksahidrata,  $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ , najviše pripremljene koncentracije od  $40,180 \text{ mmol dm}^{-3}$  pokazala je najviši intenzitet pri valnoj duljini od 511 nm na spektrofotometru Perkin Elmer Lambda 25 te će se sva daljnja mjerenja kad je u pitanju ova vrsta otopine raditi upravo pri ovoj određenoj valnoj duljini.


**Tablica 3.2.** Apsorbancije za  $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

$\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	
$c (\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O})_{\text{stvarna}} / \text{mmol dm}^{-3}$	A
1,034	0,0045
2,463	0,0117
6,052	0,0293
12,188	0,0589
20,157	0,0977
30,009	0,1435
40,180	0,1951

Na slikama 3.1. - 3.2. prikazana su linearna dinamička područja krivulje umjeravanja za spektrofotometar Perkin Elmer Lambda 25 dobivena mjerenjem apsorbancija pripremljenih vodenih otopina bakrovog(II) klorida dihidrata i kobaltovog(II) klorida heksahidrata.



**Slika 3.1.** Linearno dinamičko područje krivulje umjeravanja za vodu otopinu bakrovog(II) klorida dihidrata



*Slika 3.2. Linearno dinamičko područje krivulje umjeravanja za vodenu otopinu kobaltovog(II) klorida heksahidrata*

### 3.2. KRIVULJE UMJERAVANJA ZA SPEKTROFOTOMETAR PERKIN ELMER LAMBDA EZ 201

U tablici 3.3. prikazane su izmjerene apsorbancije pripremljenih koncentracija vodenih otopina bakrovog(II) klorida dihidrata,  $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  na spektrofotometru Perkin Elmer Lambda EZ 201.

Vodena otopina bakrovog(II) klorida dihidrata,  $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ , najviše pripremljene koncentracije od  $40,110 \text{ mmol dm}^{-3}$  pokazala je najviši intenzitet pri valnoj duljini od 815 nm na spektrofotometru Perkin Elmer Lambda EZ 201 te će se sva daljnja mjerenja kad je u pitanju ova vrsta otopine raditi upravo pri ovoj određenoj valnoj duljini.

**Tablica 3.3.** Apsorbancije za  $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

$\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	
$c (\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O})_{\text{stvarna}} / \text{mmol dm}^{-3}$	A
0,962	0,012
2,511	0,029
6,089	0,072
11,966	0,143
20,084	0,242
30,021	0,371
40,110	0,504


U tablici 3.4. prikazane su izmjerene apsorbancije pripremljenih koncentracija vodenih otopina kobaltovog(II) klorida heksahidrata,  $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ , na spektrofotometru Perkin Elmer Lambda EZ 201.

Vodena otopina kobaltovog(II) klorida heksahidrata,  $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ , najviše pripremljene koncentracije od  $40,180 \text{ mmol dm}^{-3}$  pokazala je najviši intenzitet pri valnoj duljini od 511 nm na spektrofotometru Perkin Elmer Lambda EZ 201 te će se sva daljnja mjerenja kad je u pitanju ova vrsta otopine raditi upravo pri ovoj određenoj valnoj duljini.


**Tablica 3.4.** Apsorbancije za  $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

$\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	
$c (\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O})_{\text{stvarna}} / \text{mmol dm}^{-3}$	A
1,034	0,005
2,463	0,012
6,052	0,030
12,188	0,061
20,157	0,098
30,009	0,145
40,180	0,195

Na slikama 3.3. - 3.4. prikazana su linearna dinamička područja krivulje umjeravanja za spektrofotometar Perkin Elmer Lambda EZ 201 dobivena mjerenjem apsorbancija pripremljenih vodenih otopina bakrovog(II) klorida dihidrata i kobaltovog(II) klorida heksahidrata.




**Slika 3.3.** Linearno dinamičko područje krivulje umjeravanja za vodenu otopinu bakrovog(II) klorida dihidrata




*Slika 3.4. Linearno dinamičko područje krivulje umjeravanja za vodenu otopinu kobaltovog(II) klorida heksahidrata*

S obzirom na izmjerene apsorbancije može se zaključiti da je spektrofotometar Perkin Elmer Lambda 25 precizniji jer ima mogućnost prikazivanja podataka na četiri decimalne jedinice, što je za jedno decimalno mjesto više od rezultata dobivenih na spektrofotometru Perkin Elmer Lambda EZ 201. Međutim, bez obzira na to, linearno dinamičko područje krivulje umjeravanja za obje vodene otopine (bakrov(II) klorid dihidrat te kobaltov(II) klorid heksahidrat) je isto za oba spektrofotometra.

Također je mnogo jednostavnija izrada krivulje umjeravanja na spektrofotometru Perkin Elmer Lambda 25 jer je opremljen računalom te se njime upravlja programskom podrškom UV Winlab. Ovaj spektrofotometar ima mogućnost pohrane izrađene krivulje (slike 3.5. i 3.6.) umjeravanja koja se prilikom svakog novog mjerenja "pozove" te automatski vrši pretvorbu dobivenih apsorbancija u odgovarajuće koncentracije vodene otopine odabranih teških metala za koju je izrađena krivulja umjeravanja, slike 3.7. - 3.8. Na slici 3.9. je, usporedbe radi, dan prikaz rezultata za vodenu otopinu kobaltovog(II) klorida heksahidrata na spektrofotometru Perkin Elmer Lambda EZ 201.



*Slika 3.5. Krivulja umjeravanja za vodenu otopinu bakrovog(II) klorida dihidrata na spektrofotometru Perkin Elmer Lambda 25*



*Slika 3.6. Krivulja umjeravanja za vodenu otopinu kobaltovog(II) klorida heksahidrata na spektrofotometru Perkin Elmer Lambda 25*

CALIBRATION

Date: 24.6.2019 Time: 13:51:23  
 Instrument: PerkinElmer Lambda 25 Serial No: 501S14022103  
 Method: conc1  
 Ordinate mode: single wavelength  
 Baseline: No correction ( 0.00 0.00 )  
 Analyst:

wavelength(s)	sample ID	Concentration	ord. value	Comment
813.0	0.0	conc1.A01	0.9620 mmol/L	0.0101
813.0	0.0	conc1.A01	0.9620 mmol/L	0.0101 Replicate 2
813.0	0.0	conc1.A01	0.9620 mmol/L	0.0101 Replicate 3
		S.DEV: 0.0000		MEAN: 0.0101
813.0	0.0	conc2.A02	2.5110 mmol/L	0.0291
813.0	0.0	conc2.A02	2.5110 mmol/L	0.0287 Replicate 2
813.0	0.0	conc2.A02	2.5110 mmol/L	0.0285 Replicate 3
		S.DEV: 0.0003		MEAN: 0.0288
813.0	0.0	conc1.A03	6.0890 mmol/L	0.0702
813.0	0.0	conc1.A03	6.0890 mmol/L	0.0701 Replicate 2
813.0	0.0	conc1.A03	6.0890 mmol/L	0.0700 Replicate 3
		S.DEV: 0.0001		MEAN: 0.0701
813.0	0.0	conc1.A04	11.966 mmol/L	0.1408
813.0	0.0	conc1.A04	11.966 mmol/L	0.1407 Replicate 2
813.0	0.0	conc1.A04	11.966 mmol/L	0.1408 Replicate 3
		S.DEV: 0.0001		MEAN: 0.1408
813.0	0.0	conc1.A05	20.084 mmol/L	0.2407
813.0	0.0	conc1.A05	20.084 mmol/L	0.2409 Replicate 2
813.0	0.0	conc1.A05	20.084 mmol/L	0.2413 Replicate 3
		S.DEV: 0.0003		MEAN: 0.2410
813.0	0.0	conc1.A06	30.021 mmol/L	0.3670
813.0	0.0	conc1.A06	30.021 mmol/L	0.3669 Replicate 2
813.0	0.0	conc1.A06	30.021 mmol/L	0.3670 Replicate 3
		S.DEV: 0.0000		MEAN: 0.3670
813.0	0.0	conc1.A07	40.110 mmol/L	0.5048
813.0	0.0	conc1.A07	40.110 mmol/L	0.5048 Replicate 2
813.0	0.0	conc1.A07	40.110 mmol/L	0.5048 Replicate 3
		S.DEV: 0.0000		MEAN: 0.5048

Equation:  $y = 1.235031e-02 * x$

Residual error: 0.006284  
 Correlation coefficient: 0.999430

**Slika 3.7. Prikaz rezultata za vodenu otopinu**

*bakrovog(II) klorida dihidrata na spektrofotometru Perkin Elmer Lambda 25*



CALIBRATION

Date: 24.6.2019 Time: 14:21:21  
 Instrument: PerkinElmer Lambda 25 Serial No: 501S14022103  
 Method: conc1  
 Ordinate mode: Single wavelength  
 Baseline: No correction ( 0.00 0.00 )  
 Analyst:

wavelength(s)	Sample ID	Concentration	ord. value	Comment
511.0	0.0 conc1.A01	1.0340 mmol/L	0.0045	
511.0	0.0 conc1.A01	1.0340 mmol/L	0.0045	Replicate 2
511.0	0.0 conc1.A01	1.0340 mmol/L	0.0045	Replicate 3
	S.DEV: 0.0000		MEAN: 0.0045	
511.0	0.0 conc2.A02	2.4630 mmol/L	0.0117	
511.0	0.0 conc2.A02	2.4630 mmol/L	0.0117	Replicate 2
511.0	0.0 conc2.A02	2.4630 mmol/L	0.0116	Replicate 3
	S.DEV: 0.0001		MEAN: 0.0117	
511.0	0.0 conc1.A03	6.0520 mmol/L	0.0293	
511.0	0.0 conc1.A03	6.0520 mmol/L	0.0293	Replicate 2
511.0	0.0 conc1.A03	6.0520 mmol/L	0.0292	Replicate 3
	S.DEV: 0.0000		MEAN: 0.0293	
511.0	0.0 conc1.A04	12.188 mmol/L	0.0589	
511.0	0.0 conc1.A04	12.188 mmol/L	0.0589	Replicate 2
511.0	0.0 conc1.A04	12.188 mmol/L	0.0589	Replicate 3
	S.DEV: 0.0000		MEAN: 0.0589	
511.0	0.0 conc1.A05	20.157 mmol/L	0.0978	
511.0	0.0 conc1.A05	20.157 mmol/L	0.0977	Replicate 2
511.0	0.0 conc1.A05	20.157 mmol/L	0.0976	Replicate 3
	S.DEV: 0.0001		MEAN: 0.0977	
511.0	0.0 conc1.A06	30.009 mmol/L	0.1436	
511.0	0.0 conc1.A06	30.009 mmol/L	0.1435	Replicate 2
511.0	0.0 conc1.A06	30.009 mmol/L	0.1435	Replicate 3
	S.DEV: 0.0000		MEAN: 0.1435	
511.0	0.0 conc1.A07	40.180 mmol/L	0.1951	
511.0	0.0 conc1.A07	40.180 mmol/L	0.1951	Replicate 2
511.0	0.0 conc1.A07	40.180 mmol/L	0.1951	Replicate 3
	S.DEV: 0.0000		MEAN: 0.1951	

Equation:  $y = 4.831433e-03 * x$

Residual error: 0.000763  
 Correlation coefficient: 0.999944

**Slika 3.8. Prikaz rezultata za vodenu otopinu**

*kobaltovog(II) klorida heksahidrata na spektrofotometru Perkin Elmer Lambda 25*



**Slika 3.9. Prikaz rezultata za vodenu otopinu**

*kobaltovog(II) klorida heksahidrata na spektrofotometru Perkin Elmer Lambda EZ 201*

## **4. ZAKLJUČAK**

Izrađene su krivulje umjeravanja za dvije vodene otopine teških metala: bakrov(II) klorid dihidrat i kobaltov(II) klorid heksahidrat za dva različita modela spektrofotometra proizvođača Perkin Elmer.

Na temelju dobivenih i obrađenih podataka može se zaključiti:

- Vodena otopina bakrovog(II) klorida dihidrata,  $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ , najviše pripremljene koncentracije od  $40,110 \text{ mmol dm}^{-3}$  pokazala je najviši intenzitet pri valnoj duljini od 813 nm na spektrofotometru Perkin Elmer Lambda 25, dok je za spektrofotometar Perkin Elmer Lambda EZ 201 pokazala najviši intenzitet pri valnoj duljini od 810 nm.
- Vodena otopina kobaltovog(II) klorida heksahidrata,  $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ , najviše pripremljene koncentracije od  $40,180 \text{ mmol dm}^{-3}$  pokazala je najviši intenzitet pri valnoj duljini od 511 nm na spektrofotometru Perkin Elmer Lambda 25, dok je za spektrofotometar Perkin Elmer Lambda EZ 201 pokazala najviši intenzitet pri valnoj duljini od 510 nm.
- S obzirom da su izmjerene apsorbancije na spektrofotometru Perkin Elmer Lambda 25 prikazane s četiri decimalna mjesta, može se zaključiti da je precizniji.
- Linearno dinamičko područje krivulje umjeravanja za obje vodene otopine (bakrov(II) klorid dihidrat te kobaltov(II) klorid heksahidrat) je isto za oba spektrofotometra.
- Izrada krivulje umjeravanja na spektrofotometru Perkin Elmer Lambda 25 je mnogo jednostavnija jer je opremljen računalom te se njime upravlja programskom podrškom te ima mogućnost pohrane izrađene krivulje umjeravanja.

## **5. LITERATURA**

1. *D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler*, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1999.
2. *Z. Popović*, Infracrvena spektroskopija, Zagreb, 1999.
3. URL:[https://glossary.periodni.com/preuzimanje\\_slike.php?name=spektar\\_elektromagnetskog\\_zracenja.png&source=spektar+elektromagnetskog+zra%C4%8Denja](https://glossary.periodni.com/preuzimanje_slike.php?name=spektar_elektromagnetskog_zracenja.png&source=spektar+elektromagnetskog+zra%C4%8Denja) (9.10.2019.)
4. URL:[https://glossary.periodni.com/preuzimanje\\_slike.php?name=spektrofotometar.png&source=apsorbancija](https://glossary.periodni.com/preuzimanje_slike.php?name=spektrofotometar.png&source=apsorbancija) (9.10.2019.)
5. *M. Ernješ*, Određivanje polifenola i flavonola u propolisu UV-VIS spektrofotometrijom, Završni rad, Veleučilište u Požegi, Požega, 2017.
6. *P. Bajt*, Lambert-Beerov zakon, Završni rad, Sveučilište J. J. Strossmayera, Osijek, 2018.
7. URL:[https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical\\_and\\_Theoretical\\_Chemistry\\_Textbook\\_Maps/Supplemental\\_Modules\\_\(Physical\\_and\\_Theoretical\\_Chemistry\)/Kinetics/Reaction\\_Rates/Experimental\\_Determination\\_of\\_Kinetics/Spectrophotometry](https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Supplemental_Modules_(Physical_and_Theoretical_Chemistry)/Kinetics/Reaction_Rates/Experimental_Determination_of_Kinetics/Spectrophotometry) (9.10.2019.)